

INORGA TEST REPORT

H₂ ガスキャリアーにて CO₂; CH₄ の混合試料の分析

<装置>

INORGA HF – Double Injection 仕様

<分析条件>

カラム : PorapakQ 80/100 d 2.2mm x 2m

キャリアーガス : H₂ 20ml/min

<サンプル – AIR ベース>

CO₂ : 90 %

CH₄ : 100 ppm

<注入量>

バルブ A : 100μl

バルブ B : 4000μl

